

2013 年 7 月 1 日

お客様各位

株式会社 東陽テクニカ
技術部

製品のセキュリティに関するお知らせ: National Instruments ソフトウェア

拝啓 時下、益々ご清栄の段お慶び申し上げます。平素は格別のお引立てを賜わり厚く御礼申し上げます。

ご使用いただいておりますシステムの構成品である National Instruments ソフトウェアについて、日本ナショナルインスツルメンツ株式会社から、セキュリティ上の脆弱性が発見されたとの通知とエンドユーザー様への連絡の依頼がありましたので、下記の通りお知らせいたします。

今後とも、より一層のお引立てを賜わりますようお願い申し上げます。

敬具

— 記 —

日本ナショナルインスツルメンツ株式会社からの通知内容(概要)

- ・National Instruments ソフトウェアにセキュリティ上の脆弱性が発見されました。詳細、対応策については、下記 URL の技術サポートデータベースをご参照ください。
<http://digital.ni.com/public.nsf/websearchj/A13EF8E8AE2CFAA886257B750076EC0B?OpenDocument>
- ・ネットワークに繋がっていないければ直接的な問題はありません。
- ・システム製品については、副作用のリスクがなく、かつ必要十分な対処方法である NI セキュリティアップデート 67L8LCQW をダウンロードし、インストールすることを推奨します。
NI セキュリティアップデート 67L8LCQW: <http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/3947/lang/ja>
- ・このお知らせに関するご質問は、NI サポートサービス (<http://www.ni.com/jp/support>) から日本ナショナルインスツルメンツ株式会社技術部までご連絡ください。なお、電話でお問い合わせいただく際には「セキュリティに関するお知らせの件」と一言添えていただくと助かります。

フリーダイヤル: 0120-527169

受付時間: 平日 9:00~12:00 / 13:00~18:00

以上